



Comment faire une VMA




Rôle de l'ISP

- L'ISP est garant de la fiabilité des mesures et du maintien en état du matériel et du cabinet.
- => connaître le fonctionnement du matériel
- => connaître le cadre réglementaire
- => savoir utiliser les outils informatiques pour consigner les résultats
- => connaître les procédures de maintien en état du matériel.




Le logiciel de gestion de dossier





Le questionnaire


- Selon le type de visite, il y a un questionnaire spécifique.
 - Questionnaire JSP
 - Questionnaire maintien en activité
 - Questionnaire SAV/SAL
- Ils sont tous disponible dans le dossier boîte à outils.
- L'agent doit dater et signer le questionnaire.
- Il est lu par l'ISP et le MSP (signé par le MSP)
- Puis scanner pour être conserver dans le dossier médicale.



HAUTE-LOIRE


Anthropométrie

- Poids
- Taille
- A renseigner dans ONGLET VERTICAL « MORPHOLOGIE ».



La bandelette Urinaire

- Le lot doit être à l'abri de la chaleur et de la lumière.
- Pour la fiabilité du test, respecter le temps de lecture car faux positif.
- A renseigner dans onglet vertical : Bilan biologique.



HAUTE-LOIRE

VISION

- Outil : le Visiolite
- Fonctionne avec un logiciel : Tutoriel disponible dans boîte à outils.

But : évaluer la fonction visuelle de l'agent et dépistage.

Interface du logiciel de gestion des visites médicales. Rubrique : Vision. Type de la visite : EMBALCHE SPP. Date : 23/01/2023.


Enregistrer

Vue de loin : Avec correction 10,00 Sans correction 10,00 Y = 1

Vue de près : 10,00 9,00 10,00 9,00 Y = 2

Libellé de l'item	Inform.	Anomalie	Liste	Valeur	Unité	Commentaires
Symptômes ophtalmiques						
chirurgie ophtalmologique						
Acuité visu. de loin sans correct. oeil droit				10,00		
Acuité visu. de loin avec correct. oeil droit						
Acuité visu. de loin sans correct. oeil gauche						
Acuité visu. de loin sans correct. oeil gauche				10,00		
Acuité visu. de près sans correct. oeil droit				10,00		
Acuité visu. de près sans correct. oeil gauche				9,00		
Acuité visu. de près avec correct. oeil gauche				10,00		
Acuité visu. de près sans correct. oeil gauche				9,00		
Acuité visu. de près sans correct. oeil gauche				9,00		
Astigmatisme oeil gauche						
Astigmatisme oeil droit						
Hypermétropie oeil gauche						
Hypermétropie oeil droit						
Champ visuel						
Equilibre oculo-moteur						
Sens stéréoscopique						
Reflexes pupillaires						
Arrière, pupillaires						
Sens chromatique						
Nystagmus						
Port de lentilles						
Port de lunettes						
Duochrome Binoculaire						
Astigmatisme Oeil Gauche V2						
Astigmatisme Oeil Droit V2						
Planches isochromatiques Binoculaire						
Planches V2 Binoculaire						






HAUTE-LOIRE

Point clé pour la vision


- Lorsque l'agent porte une correction :
 - FAIRE L'EXAMEN SANS CORRECTION
 - Puis le refaire avec correction uniquement pour vision de loin et de près.
 - Cas particulier des lentilles :
 - Les agents ne peuvent pas enlever les lentilles lors de la VMA. Faire l'examen avec la correction.
- Lors de la visite de recrutement, nous demandons au porteurs de lentilles une attestation de l'ophtalmologiste indiquant leur vision en 10^{ème} sans correction.



Audio :


- Logiciel : Audio ou Piston (même logiciel)
- Consignes à donner :
 - mettre le cas coté rouge à droite
 - Cliquer dès que l'on entend un son.
- Principe du test : Audiométrie tonale.
 - => un son à une fréquence donnée est émis à un volume (db).
 - Si l'agent n'entend pas, il est émis de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il clique.

[illegible]




Point clé


- Limiter les sources sonores parasites : portable en silencieux, son de l'ordinateur off....etc




Spirométrie


- Logiciel de spirométrie ou spiromètre indépendant.
- Matériel nécessaire : embout à usage unique.
- Le but : exploration fonctionnelle des volumes respiratoires.
- Examen réalisé : Capacité Vitale forcée.
- INTEGRER LE RESULTAT aux documents dans la dossier de l'agent :
- => Tutoriel disponible dans boite à outils TUTO SIS medical





Exemples de résultats :






HAUTE-LOIRE

Point clé

- Rôle +++ des explications
- Rôle +++ du coaching



HAUTE-LOIRE

Que faire en cas d'anomalie

- L'ISP est garant de la fiabilité des mesures.

Si anomalie = > vérifier la partie matériel => demander de refaire l'examen.

Si anomalie avérée > signaler au médecin qui décidera de la conduite à tenir => restriction d'aptitude, = > consultation spécialisé, => avis spécialiste => suivi médical de l'agent en dehors de la VMA

=> INTERET DE L'ONGLET SUIVI.